



# 防爆合格证

证号: GYB21.1211X

由 弗仪智能仪表(上海)有限公司  
(地址: 上海市金山区枫泾镇建定路205号1幢3层)

制造的产品:

名称 电磁流量计

型号规格 FMF90 **b** Ex- **(c)** **d e f**

防爆标志 Ex ia/d e II C T3~T6 Ga/Gb Ex ibD 21 tD A21 IP65 T200°C

产品标准 Q31/0116000978C002-2020

图样编号 FMF90-01; FMF90-02

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010、GB 12476.1-2013、标准, GB 12476.4-2010、GB 12476.5-2013

特颁发此证。

本证书有效期: 2021年2月7日至2026年2月6日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
  2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商; 测量管道的外壳防护等级不得低于IP65。
  3. 型号规格说明: **b** 表示传感器连接形式, 可为F、J、C或W; **(c)** 表示通称口径, 可为10~1400; **d e f** 表示传感器代码, 详见使用说明书; **(c)** 表示组合形式, 可为Y或F; **f** 表示转换器代码, 详见使用说明书。
  4. 隔爆接合面用紧固件性能等级为A2-70。
  5. 安全电气参数: AC100~240V DC20~30V。
  6. 外壳防护等级: IP65。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二一年二月七日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn  
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580