



防爆合格证

证号：GYB20.2700X

由 弗仪智能仪表（上海）有限公司
(地址：上海市金山区枫泾镇建定路205号1幢3层)

制造的产品：

名称 智能压力变送器

型号规格 FDP3000-a Ex(ia) b

防爆标志 Ex ia II C T4 Ga

产品标准 Q31/0116000978C001-2020-01

图样编号 FDP3000-Ex-01

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2020年11月5日至2025年11月4日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：1) 当产品安装于要求EPL Ga级的场所时，用户须采取有效措施防止产品外壳由于冲击或摩擦引起的点燃危险；2) 仅允许使用武汉瀚兴日月电源公司生产的ER26500M型电池，电池不可充电，爆炸性环境严禁更换电池。
 3. 型号规格说明：a、b 表示安装方式和膜片材质，与防爆性能无关，详见使用说明书。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二〇年十一月五日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180
传真：+86 21 64844580