



**SITIiAS**  
Worldwide Access

# 防爆合格证

证号: GYB22.1693X

制造商 弗仪智能仪表(上海)有限公司

(地址: 上海市金山区枫泾镇建定路205号1幢3层)

产品名称 金属管浮子流量计

型号规格 FFA60-Ex(ia)-2-M-11

防爆标志 Ex ia II C T3~T6 Ga

产品标准 Q31/0116000978C007-2021

图样编号 FFA60-01-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合下列标准:  
GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.20-2010  
特颁发此证。

本证书有效期: 2022年03月08日至2027年03月07日

### 备注

1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号后缀“y”表明产品具有安全使用特殊条件: 当产品安装于要求EPL Ga级的场所时, 用户须采取有效措施防止产品外壳由于冲击或爆炸引起的点燃危险。
3. 本安电气参数: UI = 28V    II = 93mA    PI = 0.65W    CI = 40°F    LI = 2.4mH
4. 型号规格说明: 分别代表类型、口径、浮子材料、介质温度、防护等级、压力等级、壳体材料、供电方式+信号输出、结构附件、准确度等级、测量范围, 详见使用说明书。



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市浦东路103号  
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn  
Email: info@nepsl.org.cn

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580