



SITIiAS
Worldwide Access

防爆合格证

证 号：GYB22.1692X

制 造 商 弗仪智能仪表（上海）有限公司
(地址：上海市金山区枫泾镇建定路 205 号 1 幢 3 层)
产 品 名 称 金属管浮子流量计
型 号 规 格 FFA60-■-Ex(d)-■-■-■-■-■-2-M-■-■
防 爆 标 志 Ex d II C T4 ~T6 Gb
产 品 标 准 Q31/0116000978C007-2021
图 样 编 号 FFA60-0

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合下列标准：
GB 3836.1-2010,GB 3836.2-2010

特颁发此证。

本证书有效期：2022年03月08日至2027年03月07日

备注 1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
3. 型号规格说明：■、■、■、■、■、■、■、■、■、■分别代表类型、口径、浮子材料、介质温度、防护等级、压力等级、壳体材料、供电方式+信号输出、结构附件、准确度等级、测量范围，详见使用说明书。



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180
传真：+86 21 64844580